

附件 3:

耳鼻喉科综合治疗台采购需求

一、电源 220V，50 赫兹

二、主操作台配置

1、主操作台外形：光滑，耐腐蚀，无渗透，推荐尺寸 1700mm*600mm*790mm 以上。

*2、LED 灯，10W 以上，可 360°旋转及上下移动，阻力平衡支臂。

*3、具备吸引枪，喷枪，枪头可更换。吸引枪压力可调。有排污装置。

4、加热除雾装置温度 38°C左右，正负误差 5°C内

5、观片灯

*6、压缩机及真空吸引马达为无油静音马达。

*7.另配 20 把负压吸引枪头供清洗消毒更换用。（提供承诺函加盖供应商公章放入响应文件中）

三、其他要求

*1、提供不少于三年的免费质保和维保服务（含人工、配件），质保期内所有人工和配件费用由中标供应商承担。（提供承诺函加盖供应商公章放入响应文件中）

2、所有维修、保养需提供工单。如维保不能满足院方要求，院方有权邀请第三方进行维修，费用由中标方承担。

3、机器故障 24 小时内到达现场进行维修，紧急情况或是用户有现场要求需 2 小时内到达现场进行维修，无法修复需提供备用机。

4、供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包括不限于培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和设施。

5、针对本项目特点与供货期要求，供应商编制安装方案（包括但把不限于进度计划、人员安排、人员管理措施、安装设备、现场维护等）

6、供货要求：合同签订 30 个工作日内完成安装调试。

7、付款方式：设备安装验收合格后付款 50%，半年后付款 40%，质保期满后付款 10%。

备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。