

附件 2:

麻醉机维保采购需求

一、采购清单

编号	设备名称型号	数量
1	Primus	2
2	Fabius Tiro	1
3	Fabius Plus	1
		合计：4 台

二、其他要求

编号	技术参数或要求
★1	投标人中标后提供维保设备的生产制造厂家或具有原生产制造厂家的合法有效授权文件（提供承诺函）
2	维修工程师应持有原厂出具的仍在有效期内的维保设备的维修资质证书。
★3	合同期内提供的配件应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格医疗设备或器械及配件。
4	中标人需维修先有机器的故障，保证先有机器正常使用（提供承诺函加盖公章）。具体故障信息可在开标前约定的时间内统一现场踏勘。
5	维修服务包含：维修工时、维修需要的零备件、差旅费用
6	标人需具备售后热线电话，并提供 365 天，7*24 小时热线支持
★7	开机率：保证一年≥95% 电话响应时间：≤2 小时 现场响应时间：≤1 个工作日
★8	每年保养次数：2 次 并每年根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养，包括： 设备的检测、更换维护保养件、提供维护保养纪录，并出具测试和维护保养报告 须提供耗材（每年）：积水杯一盒、采样管一包、流量传感器二盒
12	每年度提供给用户一份详细的保修服务总结报告