

附件

富士能内镜维保采购需求

一、富士内窥镜维保内镜型号、数量及安装时间

序号	设备型号	品名	设备机身号	安装日期
1	EC-600WM	电子肠镜	1C687G604	2018.9.30
2	EC-600WM	电子肠镜	1C687G603	2018.9.30
3	EG-600WR	电子胃镜	3G391G271	2018.9.30
4	EG-600WR	电子胃镜	3G391G270	2018.9.30

二、维保要求

*1、合同期限内对所有约定的设备提供保修服务，保修期间产生的维修更换的配件均是日本富士（FUJIFILM）原厂配件，维修标准符合内镜使用标准。

*2、要求具有富士厂家授权资质，安徽地区最少配备富士厂家专业售后工程师2名并提供厂家工程师证件。所有故障产品均送往富士厂家修理。

*3、合同履行后，对现有故障产品进行修复。每年度对出现老化现象的产品进行免费更换配件，保证合同清单内的每个产品使用率达到95%以上（按365天计算），如达不到约定要求，每延误1天，按1:3比例延长维保时间。

*4、保修期间，合同清单内出现故障的产品，接到报修后2小时内提供技术支持，24小时内售后工程师到达现场对应，无法现场排除或预计修复时间超过24小时，72小时内提供同型号或同档次备用设备至医院使用。现场对应时间或提供备用设备时间出现延误，按照按1:3比例延长维保时间。

*5、每年度对科室人员操作使用以及质控进行指导和培训一次；

*6、售后工程师巡检频率为每月1次，巡检时对产品进行检查和日常保养，填写巡检单留存。

备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。